DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-086	PS/JMP/65737
PRODUCTO Válvula bidireccional CairDrive (referencia EL500)	
FINALIDAD PREVISTA Válvula bidireccional sin aguja para inyección de medicamentos y/o extracción de fluidos.	
Nº LOTE 20I14-TW	
FABRICANTE Cair LGL, Francia	
DISTRIBUIDOR Laboratorios CAIR España SLU. C/ Eduardo Torroja 22, Naves 19 y 20. 28823 Coslada, Madrid	
ASUNTO Retirada del mercado del lote 20I14-TW de la Válvula bidireccional CairDrive, con referencia EL500, debido a la posibilidad de que se produzca un problema durante la activación de la válvula que podría provocar un mal funcionamiento de esta y hacer imposible su utilización.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa.	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 16/02/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: X D D 6 8 T J 3 3 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89