MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-097	PS/CGG/65807
PRODUCTO Sistemas Sensis y Sensis Vibe equipados con un PC HP Flex Pro-C	
FINALIDAD PREVISTA Sistema de registro de exploraciones hemodinámicas y electrofisiológicas del laboratorio de cateterismo cardíaco	
VERSIÓN SOFTWARE VD12	
FABRICANTE Siemens Healthcare GmbH, Alemania	
DISTRIBUIDOR Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo da Vinci 15, 28906 Getafe, Madrid	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con los sistemas Sensis / Sensis Vibe con la versión software VD12 y equipados con un PC HP Flex Pro-C, debido a la posibilidad de que la interfaz de usuario se bloquee esporádicamente impidiendo interactuar con el sistema durante el funcionamiento o mientras está en estado inactivo.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 18/02/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: K 7 9 P Q T P E 8 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89