ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-099	PS/EPG/65928

PRODUCTO

Columna de mesa de operaciones Magnus 1180.

Número de referencia	Número de serie	Fecha de fabricación
118001A0	1 – 3402	16-10-2006 – 03-12-2020
118001A1	1 – 384	18-02-2010 – 31-05-2016
118001B0	1 – 1028	10-05-2007 – 14-07-2020
118001B1	1 – 1264	18-08-2010 – 24-11-2020
118001B2	1 – 401	09-07-2012 – 01-12-2020
118001B3	3 - 74	26-07-2012 – 19-11-2020
118001B4	1 – 81	21-12-2015 – 16-11-2020
118001C0	2 – 1159	15-07-2006 – 27-11-2020
118001D0	2 – 762	08-12-2008 – 27-11-2020

FINALIDAD PREVISTA

Estructura de mesa quirúrgica que ofrece distintos ángulos de inclinación.

FABRICANTE

Getinge - MAQUET GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR

GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U. C/ Marie Curie, 5 Edif. Alfa 6 Planta 28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid).

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas referencias y números de serie de las columnas de mesa de operaciones Magnus 1180 debido a que pueden desarrollar una fuga hidráulica en la función de inclinación que hace que el tablero se ponga en una posición de Trendelenburg o antiTrendelenburg involuntaria en función de la posición del paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 22/02/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: G 5 D C 5 2 T 5 9 F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89