MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-091	PS/NA/65393

PRODUCTO
Lámparas quirúrgicas Q-Flow, referencia Q-Flow 4 520241, Q-Flow 4i 520242, Q-Flow 4 LCH 520243, Q-Flow 4i LCH 520244.

Nº SERIE
Desde 180907-153936 a 210108-164542.

FABRICANTE
Merivaara Corporation, Finlandia.

DISTRIBUIDOR
Insanex S.L. Camino Bajo de Getafe 3, Pol. Ind. Sevilla, Fuenlabrada, 28946 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinas lámparas quirúrgicas Q-Flow, debido a la posibilidad de que la cubierta de plástico se agriete por la tensión mecánica cuando el ajuste de los componentes es inadecuado o por el uso de limpiadores/desinfectantes de superficie que contengan en su composición fenoles o alcohol, lo que podría ocasionar la caída de fragmentos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 24/02/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: F 2 G P 5 6 K 2 2 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89