MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-112	PS/AG/66093

PRODUCTO

- Aplicación de programador del médico Activa, modelo A610
- Aplicación de programador del médico Intellis™, modelo A710
- Aplicación de programador del médico SynchroMed™, modelo A810

Utilizadas con el programador clínico CT900

FINALIDAD PREVISTA

Aplicaciones de terapia del programador del médico CT900:

- Activa modelo A610, para la estimulación cerebral
- Intellis™ modelo A710, neuromodulación
- SynchroMed™ modelo A810, para los sistemas de infusión SynchroMed™ II

FABRICANTE

Medtronic Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Medtronic Ibérica, S.A., calle María de Portugal, 11, 28250 Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad y corrección del registro del país en las Tablet CT900 que utilizan las aplicaciones de programador del médico Activa, modelo A610, Intellis™, modelo A710 y SynchroMed™, modelo A810.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 26/02/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Y C G 7 P S J D E 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89