MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-122	PS/CH/66059

PRODUCTO

Anticuerpo Monoclonal Líquido CD19 de ratón Novocastra™, Código de producto NCL-L-CD19-163
Anticuerpo Primario CD19 listo para usar BOND (BT51E), Código de producto PA0843

FINALIDAD PREVISTA

El anticuerpo monoclonal líquido CD19 de ratón Novocastra™ y el anticuerpo primario CD19 listo para usar BOND, están indicados para la identificación cualitativa mediante microscopía óptica de la molécula CD19, mediante técnicas de tinción inmunohistocitoquímica (IHQ) para detectar la presencia de antígenos en tejidos y células.

Nº LOTE

Código de Producto	Lote
NCL-L-CD19-163	6079301, 6073613, 6075457, 6074342, 6071527, 6067153, 6065786, 6069241, 6069241, 6069141, 6064866, 6068609, 6069245, 6069811, 6066133, 6063608
PA0843	65870, 67492, 66328, 65543, 65317, 64945, 64765, 64224, 64432, 63694, 63909, 62948

FABRICANTE

Leica Biosystems Newcastle Ltd, Reino Unido.

DISTRIBUIDOR

Leica Microsistemas S.L.U., Plaça d'Europa 41-43, 4ª Planta, 08908 Barcelona

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con determinados lotes del Anticuerpo Monoclonal Líquido CD19 de ratón Novocastra™, Código de producto NCL-L-CD19-163 y del Anticuerpo Primario CD19 listo para usar BOND (BT51E), Código de producto PA0843, debido a que la concentración del producto es inferior a la indicada en la etiqueta y a la posibilidad de que no alcancen el periodo de validez indicado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 01/03/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: W S B B G D 7 1 6 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89