DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-129	PS/AG/66576

PRODUCTO AFECTADO EN ESPAÑA
Desfibrilador Externo Automático Philips HS1 Onsite.

MODELO
La empresa indicará a cada centro en el Anexo I de la nota de aviso los modelos de los que podrían disponer y estar afectados.

FABRICANTE
Philips Medical Systems, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A.U, María de Portugal, 1, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados desfibriladores externos automáticos Philips HeartStart HS1 Onsite, debido a la posibilidad de haber sido excluidos de una o más acciones correctivas anteriores lo que podría afectar significativamente al funcionamiento o a la seguridad de los dispositivos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 08/03/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 6 6 E 2 B T S 9 D 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89