MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-128	PS/AG/66593

PRODUCTO
Consola de bombeo extracorpóreo de sangre Bio-Console 560, modelos 560BC, 560BCS, 560BC1, 560BCS1, R560BCS1

Nº SERIE
La empresa indicará a cada centro en su nota de aviso los modelos y números de serie afectados.

FABRICANTE
Medtronic, Inc., EEUU

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica, calle María de Portugal, 11, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas consolas de bombeo extracorpóreo de sangre Bio-Console 560, debido a la posibilidad de que presenten un fallo eléctrico que haga que el dispositivo deje de bombear.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 08/03/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 2 7 Z 6 G 3 S 7 F 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89