MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-130	PS/JMP/66564
PRODUCTO Bomba de infusión BD BodyGuard Duo (código de producto: 999-903ES)	
FINALIDAD PREVISTA Infusión de fluidos vía intravenosa.	
Nº SERIE Todos	
FABRICANTE Caesarea Medical Electronics Limited, Israel	
DISTRIBUIDOR Becton Dickinson SA. Camino de Valdeoliva, s/n. San Agustín de Guadalix, 28750, Madrid	
ASUNTO Advertencias de seguridad, actualización del software y de las instrucciones de uso de las bombas de infusión BD BodyGuard Duo, al haberse detectado que se podrían administrar dos dosis de bolo intermitentes consecutivas cuando se pausa una dosis en el programa intermitente, y que se podría producir una posible confusión de las alarmas de "Fin de Infusión con Mantener vía abierta" y de "Acercándose al fin de la infusión".	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa.	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 08/03/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 2 F S 5 K W L 7 F 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89