DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-135	PS/MJF/65744

PRODUCTO
Receptor de Telémetros de Múltiples Pacientes. Número de referencia: ORG-9200K y ORG-9700K

FINALIDAD PREVISTA
Central de recepción de parámetros de constantes vitales desde monitores de vigilancia y transmisores de telemetría.

VERSION SOFTWARE
Anteriores a 05-01

FABRICANTE
NIHON KOHDEN Corporation, Japón

DISTRIBUIDOR
Nihon Kohden Iberica S.L., C/Ulises, 75 A. 28043 Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el Receptor de Telémetros de Múltiples Pacientes (Referencia: ORG-9200K y ORG-9700K), con versiones de software anteriores a 05-01, debido a que después del 1 de enero de 2021 determinados datos no se mostrarían o se almacenarían de forma incorrecta, dependiendo de la configuración individual de la interfaz de comunicación.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 10/03/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: B 8 7 D B 5 Y E E B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89