MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-142	PS/JMP/66591

PRODUCTO
Desfibrilador FRED EASYPORT PLUS (referencia 3.940060)

FINALIDAD PREVISA
Desfibrilador cardiaco externo que puede administrar descargas en modo manual, semiautomático o totalmente automático.

Nº DE SERIE
Todos hasta el número de serie 9000.001164

VERSIÓN SOFTWARE
Versiones 1.0 y 1.1

FABRICANTE
SCHILLER AG, Suiza

DISTRIBUIDOR
Schiller España SAU. C/Dublin 1, 28232, Las Rozas, Madrid. (Schiller@schiller.es)

ASUNTO
Advertencia de seguridad y actualización del software de determinados números de serie de los desfibriladores Fred Easyport Plus, debido a que las autocomprobaciones realizadas por el dispositivo podrían no realizarse en el tiempo previsto cuando se programan con periodicidad diaria, pudiendo no estar listo para su utilización o emitir falsos mensajes de error.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 15/03/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Q P 2 X 4 4 Z F 9 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89