MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-152	PS/NA/66870

PRODUCTOS
Bomba de nutrición enteral Flocare® Infinity™ II
Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.

Nº SERIE
Ver nºs de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Nutricia Medical Devices BV. Taurusavenue 167, LS 2132 Hoofddorp, Holanda.

DISTRIBUIDOR
Nutricia SRL Tenders Manager. C/ Torrelaguna 77, 6ª planta, 28043 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización del etiquetado y de las instrucciones de uso de las bombas de alimentación enteral Nutricia Flocare Infinity II, respecto al rendimiento de las baterías recargables y a la posibilidad de que una batería desgastada pueda provocar que la bomba deje de funcionar y se apague si no está enchufada a la corriente eléctrica.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 15/03/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 6 7 E Q E L Y 4 0 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89