MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-148	PS/AG/66786

PRODUCTO
Sistema de liberación Amplatzer™ TorqVue™ LP (TVLP) 80cm, modelo 9-TVLP4F90/080

FINALIDAD PREVISTA
El Sistema de liberación Amplatzer™ TorqVue™ LP está destinado a facilitar el acople, carga, liberación y despliegue de los dispositivos Amplatzer™

Nº LOTE
7406296

FABRICANTE
Abbott Medical, EEUU.

DISTRIBUIDOR
QUILPRO CARDIO, S.L., calle Quijote 18, bajo comercial, 03550 San Juan de Alicante, Alicante.

ASUNTO
Cese de utilización y retirada del mercado del lote 7406296 del Sistema Amplatzer™ TorqVue™ LP (TVLP) 80cm, modelo 9-TVLP4F90/080, debido a que contiene una vaina de 60cm en lugar de la vaina de 80cm indicada en el etiquetado del envase.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 15/03/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 4 P 6 G 9 G R A 6 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89