MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-158	PS/MJF/66614

PRODUCTO
Juegos de bombas de alimentación enteral Kangaroo

NÚMEROS DE REFERENCIA Y LOTE
Ver números de referencia y lotes afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Covidien llc, Estados Unidos

DISTRIBUIDOR
Cardinal Health España; Avenida de Europa 14, 1ª Planta. 28108 Alcobendas, Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinadas referencias y números de lote de los juegos de bombas de alimentación enteral Kangaroo, debido a la posibilidad de que aparezca aire en los tubos del sistema de alimentación durante la instalación, lo que podría provocar vómitos, deshidratación, hipoglucemia, dolor y distensión abdominal en los pacientes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 17/03/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: L Y B 9 Q 7 7 D 8 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89