MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2021-164 | PS/PRV/66975 |

**PRODUCTO**

- Sistemas de hematología ADVIA® 2120
- Sistemas de hematología ADVIA® 2120i

Ver Sistemas y Números de Material de Siemens (SMN) afectados en la tabla 1 de la nota de aviso empresa.

**FINALIDAD PREVISTA**

Los Sistemas de hematología Advia están destinados a los análisis automatizados in vitro de recuento de células sanguíneas

**VERSION SOFTWARE**

6.10 y 6.11

**FABRICANTE**

Siemens Healthcare Diagnostics Inc, EEUU

**DISTRIBUIDOR**

Siemens Healthcare S. L. U., Avda. Leonardo da Vinci, 15. 28906 Getafe. Madrid

**ASUNTO**

Advertencia de seguridad relacionada con las versiones de software 6.10 y 6.11 de los sistemas de hematología ADVIA 2120 y 2120i debido a la posibilidad de que lean erróneamente los códigos de barras de identificación de muestras (códigos SID) de muestras de pacientes de 14 caracteres que contienen un carácter no alfanumérico, lo que podría provocar una discrepancia en la lista de trabajo o la imposibilidad de localizar un código SID.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)**
**Fecha de la firma: 22/03/2021**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*
**CSV: L 8 C D S 5 T 4 8 7**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89