MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-160	PS/CGG/66925

PRODUCTO
Equipo de stent de derivación ureteral Bander, Ref. 025227

FINALIDAD PREVISTA
Equipo que incluye dos stent radiopacos codificados por colores (derecho e izquierdo) que se utiliza para la colocación intraoperatoria de un stent en el uréter durante la creación de un conducto ureteroileal y derivaciones urinarias continentes.

Nº LOTE
13609720

FABRICANTE
Cook Incorporated, Estados unidos

DISTRIBUIDOR
Cook Medical EUDC, Robert-Koch-Straße 2, 52499 Baesweiler, Alemania

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 13609720 del equipo de stent de derivación ureteral Bander (Ref. 025227), debido a la falta del stent izquierdo que forma parte del equipo de stent.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 22/03/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: P W B V 5 V S D 3 A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89