MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-162	PS/CH/66869

PRODUCTO

Bandeja para el sistema de biopsia de lesión ósea Arrow® OnControl®. Código de producto 9464-VC-006 y 9464-EU-001.

Nº LOTE

Código de producto 9464-VC-006, lotes 39647326, 39647327, 39647328, 40422734, 40422735.
Código de producto 9464-EU-001, lote 40808740

FABRICANTE

Teleflex Medical Europe, IDA Business & Technology Park, Dublin Road, Athlone, Irlanda.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados códigos de producto y lotes de la Bandeja para el sistema de biopsia de lesión ósea Arrow® OnControl®, al haberse detectado dificultad para insertar la varilla eyectora de biopsia en la cánula de biopsia de lesión ósea, lo que impide la recogida de la muestra de biopsia.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 22/03/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Z J B 9 X E R B 8 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89