MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-165	PS/CGG/67001

PRODUCTO

Bomba de insulina MiniMed™ 780G:

- Kit de la bomba, referencias MMT-1895, MMT-1896
- Bomba, referencias MMT-1885, MMT-1886

VERSION SOFTWARE

6.5

FABRICANTE

Medtronic MiniMed, Estados Unidos

DISTRIBUIDORES

- Medtronic Iberica S.A., C/ María de Portugal 11, 28050 Madrid
- TECNICAS BIOFISICAS S.L., C/ Malteses 2, 35002 Las Palmas de Gran Canaria

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con la bomba de insulina MiniMed™ 780G con la versión de software 6.5, debido a que podría presentar errores después de administrar un bolus grande a velocidad de bolus rápida en determinadas condiciones.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa para pacientes
- Nota de aviso empresa para profesionales sanitarios
- Nota de aviso empresa para aseguradoras
- Nota de aviso empresa para distribuidores
- Nota informativa AEMPS PS, 11/2021

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 24/03/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: N K 5 T L G V 3 1 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89