DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-138	PS/CH/66092

PRODUCTO

Filtros y sistemas de recolección de sangre

Códigos de producto fabricados desde 2018 afectados por este cambio.

ATSBC1EB	BPF4ARBL	LPS2E	PL1BE	RC1KLE	RN1
ATSBC1EE	BPF4BBS	LPS2KLE	PL2VAE	RC1VAE	RS1VAE
ATSBC1EPSB	BPF4BWL	LRP10BBSL	PL3VAE	RC1VE	WBT434KCE
ATSBC1ESB	BPF4NEOL	LRP10BEL		RC2VAE	
ATSBC1ESE		LRP6SC2F		RC2VE	
		LRP6SCL			

FABRICANTE

Haemonetics Corporation, EE UU.

DISTRIBUIDOR

Ferrer Internacional S.A., Av. Diagonal 549, CP 08029 Barcelona.

ASUNTO

Advertencia de seguridad debido a la posible discrepancia entre la fecha de caducidad impresa en el etiquetado y la indicada en el certificado de análisis de producto de determinados códigos de Filtros y sistemas de recolección de sangre Haemonetics, debido a que una actualización del software generó que en el certificado de análisis de producto se expresara la caducidad en el formato AAAA-MM-DD mientras que esta modificación no se trasladó al etiquetado del producto que muestra la fecha de caducidad en el formato anterior AAAA-MM (hasta el final del mes del año indicado).

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 24/03/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: R V P B V W 4 D 7 A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89