MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-170	PS/CGG/67097
PRODUCTO Sistema de Rayos X Philips Incisive Tomografía Computarizada, Ref. 728143	
N^{os} SERIE PRODUCTOS AFECTADOS EN ESPAÑA 500218, 500223, 500232	
FABRICANTE Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd., China	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica S.A.U., C/ María de Portugal 1, 28050 Madrid	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con determinados números de serie del sistema de rayos X Philips Incisive Tomografía Computarizada (Ref. 728143), debido a la posibilidad de que falle el autobloqueo vertical de la camilla y se produzca un movimiento inesperado hacia abajo.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 25/03/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: S B E G E R J 0 2 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89