DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-173	PS/PRV/67083

PRODUCTO
Set de endoprótesis Mono-J (Optisoft), de extremo distal cerrado. Referencia 3007-2110

FINALIDAD PREVISTA
Utilizado para el drenaje externo unilateral

Nº LOTE
6000196570

FABRICANTE
Optimed Medizinische Instrumente GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR
Grifols International, S.A., Pol. Levante. C/Levante, 11. Almacén Logístico P12, 08150, Paret de Valles, Barcelona.

ASUNTO
Cese de utilización y retirada del mercado del lote 6000196570 del set de endoprótesis Mono-J (Optisoft) de referencia 3007-2110 debido a que ha sido fabricado con un extremo abierto en lugar de un extremo cerrado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 29/03/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: V K G L 6 N K C 6 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89