MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-174	PS/TS/66986

PRODUCTO
Sistema BCS XP. Números de material de Siemens: 10459330, 10461894, 10470625, 11240019

FINALIDAD PREVISTA
Analizador de hemostasia.

FABRICANTE
Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U. Avda. Leonardo da Vinci, 15. C.P. 28906 Getafe (Madrid)

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con el sistema BCS XP, debido a que podría verse afectado por un posible arrastre de emicizumab en muestras de pacientes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 29/03/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 9 F F T G 9 E 5 4 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89