MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-179	PS/MJF/66592

PRODUCTO
SIEMENS YSIO X.pree. Referencia 11107464

FINALIDAD PREVISTA
Sistema de diagnóstico por rayos X

FABRICANTE
Siemens Healthcare GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S. L. U., Avda. Leonardo da Vinci, 15. 28906 Getafe. Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con el sistema de diagnóstico por Rayos X SIEMENS YSIO X.pree, debido a que si se interrumpiera la conexión con un detector MAX durante una recuperación de imagen iniciada, existe la posibilidad de que la imagen antes adquirida (que posiblemente perteneciera al paciente previo) se muestre al usuario en lugar de la imagen adquirida actualmente, lo que podría afectar al diagnóstico del paciente examinado cuando se interrumpió la conexión.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 30/03/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: K A 7 N Z E 7 D 7 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89