ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-185	PS/CGG/67269

PRODUCTO

Equipos de procedimientos oftalmológicos estériles de Medline, que contienen algunas de las siguientes jeringas de BBraun:

- Injekt® Luer Solo
- Injekt® Luer Lock Solo
- Injekt® Luer Duo
- Injekt®-F Luer Solo
- Injekt®-F Luer Duo
- Injekt®-H Luer Solo
- Injekt®-H Luer Duo
- Omnifix®-F Luer Duo
- Omnifix®-F Luer Lock Solo
- Omnifix®-F Luer Solo
- Omnifix®-H Luer Solo
- Omnifix® Luer Duo
- Omnifix® Luer Lock Duo
- Omnifix® Luer Lock Solo
- Omnifix® Luer Solo

Nº LOTE

La empresa indicará a cada centro, en la Tabla 1 del acuse de recibo de la nota de aviso, las referencias y lotes de los equipos de procedimientos oftalmológicos estériles afectados.

FABRICANTE

B.Braun Melsungen AG, Alemania

DISTRIBUIDOR

Medline International Iberia S.L.U. Parque Empresarial San Fernando, Avda. Castilla, 2, Edificio Munich, Planta Baja-Local B, 28830, San Fernando de Henares (Madrid).

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con determinados equipos de procedimientos oftalmológicos estériles de Medline, que contienen determinadas referencias de jeringas fabricadas por BBraun, debido a que el uso intraocular de las jeringas no ha sido validado por BBraun.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 05/04/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: J 6 N 2 Q T Y F 0 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89