DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-188	PS/PPR/67182

PRODUCTO
Detector de fugas automático SHA-P6 PENTAX

FINALIDAD PREVISTA
Realizar pruebas de fugas en endoscopios flexibles PENTAX

FABRICANTE
HOYA Corp., Japón

DISTRIBUIDOR
Sistemas Integrales de Medicina, S.A. (SIMMEDICA). Av. Sistema Solar, 25. 28830 San Fernando de Henares (Madrid).

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con el detector de fugas automático SHA-P6 PENTAX que lleva como adaptador de corriente alterna (CA) el modelo UM312-7516 del fabricante Nihon, debido al riesgo de sufrir una descarga eléctrica al tocar los conectores metálicos cuando se desconecta de la corriente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 07/04/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 9 D S F 2 Z 8 1 3 A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89