MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-193	PS/CGG/67469

PRODUCTO

Duchas autónomas portátiles (DAP) de solución Diphotérine ® y Hexafluorine ®, Ref. DAPD y DAPF

FINALIDAD PREVISTA

La referencia DAPD está diseñada para el enjuague de salpicaduras de productos químicos sobre el cuerpo y la referencia DAPF está diseñada para el enjuague de salpicaduras de ácido fluorhídrico y derivados del flúor en un medio ácido sobre el cuerpo

N^{os} LOTE

- Ver números de lote afectados del dispositivo completo en el Anexo 1 de la nota de aviso de la empresa
- Posible número de lote afectado de la manguera conectada al dispositivo DAP: 1907

FABRICANTE

Prevor, Francia

DISTRIBUIDORES

- Prevor S.A.R.L., Avenida Planetario 1A, Oficina B, 28045 Madrid
- ANALAB S.A.,C/ Orient 78, 08172 San Cugat del Vallés, Barcelona

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con determinados lotes de las duchas autónomas portátiles (DAP) de solución Diphotérine ® y Hexafluorine ®, debido a la posibilidad de que la manguera se desprenda de la tuerca que la mantiene conectada con el cabezal de la DAP.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 09/04/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 5 X 7 S E D J 5 1 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89