MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-194	PS/CGG/67071

PRODUCTO
Sistemas Sensis, Sensis Vibe Combo y Sensis Vibe Hemo, modelos 10764561, 11007642, 11007641

FINALIDAD PREVISTA
Sistemas de registro de exploraciones hemodinámicas y electrofisiológicas del laboratorio de cateterismo cardíaco

VERSIÓN SOFTWARE
VD12A

FABRICANTE
Siemens Healthcare GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo da Vinci 15, 28906 Getafe, Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con los sistemas Sensis, Sensis Vibe Combo y Sensis Vibe Hemo con la versión de software VD12A, debido a que la configuración de determinados "permisos de servicio de Windows" podría comprometer la seguridad informática del sistema, con el consiguiente riesgo de exposición de información confidencial, manipulación de datos o ataques por denegación de servicio.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 09/04/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: P Y C B Q Q V D 9 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89