DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-195	PS/MJF/65019
PRODUCTO Nebulizadores y Circuitos de Nebulización	
NUMEROS DE REFERENCIA Y LOTES Ver números de referencia y lotes afectados en el anexo A de la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE Int'Air Medical, Francia	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con determinadas referencias y lotes de nebulizadores y circuitos de nebulización, debido a la posibilidad de que exista un defecto en la cubierta de un componente que impide que se pueda fijar correctamente provocando una nebulización defectuosa.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 09/04/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 9 5 W 4 C T Z 7 0 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89