MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2020-199 | PS/PPR/67478 |

**PRODUCTO**
HEALAFLOW

**FINALIDAD PREVISTA**
El gel Healaflow es un implante inyectable utilizado durante la cirugía del glaucoma como tratamiento adyuvante que permite preservar el espacio subconjuntival o bajo la solapa escleral para mantener un equilibrio dinámico entre la producción de humor acuoso y su drenaje.

**Nº LOTE**
341335/1

**FABRICANTE**
APTISSEN SA, Suiza

**DISTRIBUIDOR**
MEDICAL MIX, S.L.U, sita en la calle Amposta 20, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

**ASUNTO**
Advertencias de seguridad y cese de utilización del lote 341335/1 de HEALAFLOW debido a que la aguja incluida para su aplicación tiene una fecha de caducidad menor que la del producto.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)**
**Fecha de la firma: 12/04/2021**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*
**CSV: P K 6 A G 6 4 D 3 0**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89