MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2021-208 | PS/TS/67485 |

**PRODUCTO**
Equipo de recuperación de filtro de vena cava Günther Tulip® para acceso yugular.
Referencia GTRS-200-RB (GPN: G13287)

**FINALIDAD PREVISTA**
Recuperación por vía yugular de filtros de vena cava Günther Tulip y Cook Celect implantados en pacientes que ya no los necesiten.

**Nos LOTE**
E4021944 y E4022006

**FABRICANTE**
William Cook Europe Aps, Dinamarca

**DISTRIBUIDOR**
Cook España S.A. Vía Augusta, 2 bis, 5ª planta. C.P. 08006 Barcelona

**ASUNTO**
Retirada del mercado de determinados lotes del equipo de recuperación de filtro de vena cava Günther Tulip®, debido a que podrían contener una guía recta recubierta de TFE con un diámetro exterior de 0.038 pulgadas en vez de 0.035 pulgadas, lo que podría causar problemas en el avance del dilatador sobre la guía durante la extracción de un filtro de vena cava.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)**
**Fecha de la firma: 15/04/2021**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*
**CSV: B K Z E A A Y B 6 2**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89