MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2021-211 | PS/TS/67105 |

**PRODUCTO**
Extractor de sangre arterial PICO70
(Ver referencias en nota de aviso de la empresa)

**FINALIDAD PREVISTA**
Jeringa para gasometría arterial

**Nºs LOTE**
Ver nota de aviso de empresa

**FABRICANTE**
Radiometer Medical ApS, Dinamarca

**DISTRIBUIDOR**
Radiometer Ibérica, S.L. Avda. de Valgrande, 8. 2º. C.P. 28108, Alcobendas (Madrid)

**ASUNTO**
Cese de utilización y retirada del mercado de determinadas referencias y lotes del extractor de sangre arterial PICO70, debido a que su esterilidad podría estar comprometida, con el consiguiente riesgo de infección para los pacientes.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)**
**Fecha de la firma: 15/04/2021**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*
**CSV: G 9 Q 3 V E 2 5 C D**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89