MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-210	PS/JMP/66443
PRODUCTO Desfibrilador/monitor Efficia DFM 100, modelo 866199, fabricados antes del 30/03/2020	
Nº SERIE Ver en anexo 1 de la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc., China	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica, S.A.U., C/ María de Portugal 1, 28050 Madrid	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con determinados desfibriladores/monitores Efficia DFM 100, modelo 866199 debido a que podrían mostrar un indicador falso de batería baja cuando se inserta o retira la batería, imposibilitando su recarga posterior.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 21/04/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 2 S 3 G K F 8 F 8 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89