DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-235	PS/JMP/67777
PRODUCTO CryoTreq (referencia CT00.D01)	
FINALIDAD PREVISTA Instrumento manual desechable para criocirugía oftalmológica.	
Nº LOTE 20201169, 20201679, 20201776, 20202426, 20213725, 20214150, 20214155	
FABRICANTE VitreQ B.V., Holanda	
DISTRIBUIDOR Medical Mix SL. C/ Amposta 20, Sant Cugat del Valles, 8174, Barcelona	
ASUNTO Cese de utilización y retirada del mercado de determinados lotes de CryoTreq, referencia CT00.D01, debido a la posibilidad de que el sobre estéril de estos productos presente una brecha, pudiendo estar su esterilidad comprometida.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa.	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 28/04/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 4 5 B X V Z C 9 2 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89