MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-234	PS/MJF/67823

PRODUCTO
Bujías Philips de rosca métrica hembra Ch16 y Ch20

FINALIDAD PREVISTA
Tratamiento de la estenosis uretral.

NÚMEROS DE REFERENCIA Y LOTE

Referencia	Lote
AG5420	7748119
AG5416	7694143

FABRICANTE
Coloplast A/S, Dinamarca

DISTRIBUIDOR
Coloplast Productos Médicos, S.A. C/ Condesa de Venadito, 5 pta 4. 28027 Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad y retirada del mercado del lote 7748119 de la referencia AG5420 y el lote 7694143 de la referencia AG5416 de las Bujías Philips de rosca métrica hembra Ch16 y Ch20, debido a una discrepancia en el tamaño de la bujía entre las etiquetas y el contenido del envase por inversión de ambos lotes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 28/04/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: V E C F Q D G 0 7 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89