MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-244	PS/JMP/67935
PRODUCTO Sistema y kits Angel® (referencias ABS-10062, ABS-10064, ABS-10071, ABS-10072)	
FINALIDAD PREVISTA Sistemas para la obtención de concentrados de plasma rico en plaquetas (PRP) y de médula ósea.	
Nº LOTE Ver en nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE Arthrex INC, EEUU	
DISTRIBUIDOR Arthrex España SL, C/Gobelas 41 planta 2 puerta A. 28023 Madrid	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes de los sistemas y kits Angel®, referencias ABS-10062, ABS-10064, ABS-10071 y ABS-10072, debido a la posibilidad de que el proceso de esterilización no haya sido adecuado, por lo que no se puede garantizar la esterilidad de los productos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa. • Anexo A: Resumen de los códigos y lotes afectados	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 04/05/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: B F 8 9 Z E R 7 E 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89