MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-252	PS/PRV/67021

PRODUCTO

- Unidad de tratamiento Intego
- Unidad de tratamiento Intego Pro

Unidades de tratamiento Intego/Intego Pro sin función Ergomotion.

FINALIDAD PREVISTA

Sillón de paciente dental utilizado para el posicionamiento del paciente en varias posiciones para su tratamiento.

FABRICANTE

Sirona Dental Systems GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDORES

Henry Schein España S.A., Avda. de la Albufera 153, 28038 Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad y sustitución de un componente de las unidades de tratamiento Intego e Intego Pro, sin función Ergomotion, debido a la posibilidad de que se produzca un desgaste por envejecimiento que podría provocar la rotura del componente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 06/05/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: E S W S B 4 D 9 5 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89