MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-251	PS/AG/67890

PRODUCTO
Ensayo ADVIA Centaur Syphilis, referencia 10492493

FINALIDAD PREVISTA
Inmunoensayo diagnóstico *in vitro* para la determinación cualitativa de anticuerpos frente al *Treponema pallidum* en suero o plasma humano (con EDTA, heparina de litio, heparina de sodio, citrato) utilizando el sistema ADVIA Centaur CP como ayuda en el diagnóstico de la sífilis.

FABRICANTE
Siemens Healthcare Diagnostics Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo da Vinci, 15, 28906 Getafe, Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el ensayo ADVIA Centaur Syphilis, referencia 10492493, debido a la posibilidad de arrastre del mismo con otros ensayos cuando éstos se utilizan inmediatamente después de realizar un análisis con el ensayo Syphilis en los sistemas ADVIA Centaur XP/XPT o ADVIA Centaur CP.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 06/05/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: X J V G F W X 1 0 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89