MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-256	PS/CGG/68092

PRODUCTOS

Catéter Groshong:

- Catéter PICC Groshong NXT Clearvue de un solo lumen, Ref. 7617405CE
- Catéter Groshong PICC ClearVue IV 4fr con bandeja básica, Ref. 7655405CE
- Conector de repuesto para Catéter PICC Groshong NXT Clearvue 4Fr con línea de extensión, Ref. 7812400CE

FINALIDAD PREVISTA

Catéter venoso central diseñado para la administración de fluidos I.V., productos hemáticos, fármacos y soluciones de nutrición parenteral, así como para la extracción de sangre.

Nº LOTE

Ver números de lote afectados en el apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Bard Access Systems Inc, EEUU

DISTRIBUIDOR

Instruclinic S.L., C/ Toro 43-45 bajo, 37002 Salamanca

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con determinadas referencias y números de lote de los catéteres Groshong, debido a problemas en la parte del conector Groshong que pueden impedir el paso del catéter a través del conector y/o que el conector distal no se bloquee correctamente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 10/05/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: R X J E K Q 9 2 D F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89