MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-257	PS/MJF/67611
PRODUCTO Colchón Arjo Nimbus 4 y Nimbus Professional. Referencia 651001DA	
FINALIDAD PREVISTA Colchones de prevención de lesiones por presión	
Nº SERIE Ver listado en la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE ArjoHuntleigh AB, Suecia	
DISTRIBUIDOR ARJO IBERIA S.L. Poligono Can Salvatella C/ Cabanyes 1-7. 08210 Barberà del Valles, Barcelona	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con determinados números de serie de los colchones Arjo Nimbus 4 y Nimbus Professional debido a la posibilidad de sobreinflado, lo que podría provocar la caída del paciente.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 10/05/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: X Z 3 N X J V 6 E E