DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-260	PS/CGG/68126

PRODUCTO
Estación de carga mural KA010300 utilizada con los ventiladores Monnal T60

FINALIDAD PREVISTA
Ventilación del paciente para compensar o mitigar la insuficiencia respiratoria. La estación de carga mural posibilita un sistema de enganche plug & play para el ventilador Monnal T60 en un vehículo de transporte sanitario y permite la alimentación del ventilador a través de la misma.

FABRICANTE
Air Liquide Medical Systems, Francia

DISTRIBUIDOR
INSANEX S.L., Camino bajo de Getafe 3, polígono industrial Sevilla, 28946 Fuenlabrada, Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la estación de carga mural KA010300 utilizada con los ventiladores Monnal T60, para aclarar las diferentes configuraciones de alimentación autorizadas cuando se utiliza el ventilador en un vehículo de transporte sanitario.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 10/05/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: J G V 2 L A X C 3 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89