ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-268	PS/EPG/67193

PRODUCTO
Diversos productos sanitarios Biopsybell

NUMEROS DE REFERENCIA Y LOTE
Ver productos afectados en el listado adjunto

FABRICANTE
Biopsybell Srl, Italia

DISTRIBUIDOR

- Acuña y Fombona SA; Calle Marqués de Casa Valdés 103-105. 33202 Gijón, Asturias
- B. Braun Surgical, S.A; Carretera de Terrassa, 121. 08191 Rubi, Barcelona
- Bestmedic S.L.; Avenida Juan Pablo II, 40. 50009 Zaragoza
- Biospine S.L.; Camino de los Cinamomos, 283. 33203 Gijón, Asturias
- Celta Ingenieros, S.L.; Paseo Marítimo, 30. 15679 Oleiros , A Coruña
- Fidia Farmacéutica; Parque empresarial de la Moraleja, Edificio Torona. Avenida de Europa 24, Edificio A- 1ºB. 28108 Alcobendas, Madrid
- Leleman S.L.; C/Ador, 2. 46026, Valencia
- Osimplant División España S.L.; C/D'Hortelans 11, 3 Planta 3°. 07009, Palma de Mallorca
- Oyasama S.L.; Calle Ferrer del Río, 15. 28028 Madrid
- Spineart España S.L.U; Rda. Isaac Peral y Caballero, 14 Edif. Almond, Of. B y C, pl. Baja. 46980 Paterna, Valencia

ASUNTO
Cese de la utilización de determinadas referencias y lotes de productos sanitarios fabricados por Biopsybell Srl, debido a que el fabricante ha tenido conocimiento de la falsificación de los datos y certificados de esterilización por parte de uno de sus proveedores del servicio de esterilización, por lo que no puede garantizar la esterilidad de los productos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Listado de referencias y lotes afectados