MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-266	PS/SGS/68237
PRODUCTO ATELLICA CH 930 ANALYZER. Modelo 11067000	
FINALIDAD PREVISTA Analizador de inmunoensayo y bioquímica cínica	
VERSION SOFTWARE 1.24.2 SP1 y anteriores	
FABRICANTE Siemens Healthcare Diagnostics, Inc., USA.	
DISTRIBUIDOR Siemens Healthcare, S.L.U. Avda. Leonardo da Vinci, 15. 28906 Getafe (Madrid)	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con los analizadores Atellica CH 930, con versión de software 1.24.2 SP1 o anterior, debido a un aumento inesperado de intensidad de la lámpara del fotómetro que puede saturarlo y provocar resultados erróneos en las pruebas fotométricas sin marcarlas.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 13/05/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 8 X L 9 E J D E B 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89