MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSIFICADO

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-278	PS/CV/NM/5075

PRODUCTO

Lentes de contacto

FABRICANTE

YIWU QIAOTIE E-commerce CO., LTD, 501-502; B4 Building; Hongshi park; Sihai Road; Yiwu city; Zhejiang Province, China.

ASUNTO

Se ha detectado la falsificación de un certificado de marcado CE con numero 0197/HD 60117242 0001 del Organismo Notificado TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197), fecha de emisión 27 de mayo de 2017 y fecha de caducidad 15 de marzo de 2022.

El Organismo Notificado TÜV Rheinland LGA Products GmbH si ha emitido un certificado de marcado CE con el mismo número 0197/HD 60117242 para el fabricante Gansu Constar Technology Group Co. Ltd y no para el fabricante YIWU QIAOTIE E-commerce CO., LTD, China, tal y como aparece en el certificado falsificado.

Lo que se comunica a efectos de control de mercado.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Datos del certificado **CE falsificado:**

- Organismo Notificado: TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197)
- Número de certificado: 0197/HD 60117242 0001
- Fabricante: YIWU QIAOTIE E-commerce CO., LTD, ; Yiwu city; Zhejiang Province, China.
- Producto: Lentes de contacto
- Fecha de emisión: 27 mayo 2017
- Fecha de caducidad: 15 marzo 2022

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota informativa de la AEMPS, referencia PS, 15 /2021
- Certificado de marcado CE falsificado.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 19/05/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Q Q W 7 E J G 7 6 F

CORREO ELECTRÓNICO
pscontrol@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Tel.: (+34) 91.822.54.99
Fax: (+34) 91.822.52.89