MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-281	PS/MJF/67957

PRODUCTO
Software de interfaz de usuario de Xstrahl Concerto 2.x.

FINALIDAD PREVISTA
Sistema de radioterapia

VERSION SOFTWARE
2.0 y posteriores

FABRICANTE
Xstrahl Limited, Reino Unido

DISTRIBUIDOR
DTA (Distribución de Tecnologías Avanzadas) S.L; C/ Clavel 12, 1ºB, 28860 Paracuellos de Jarama, Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la versión 2.0 y posteriores del Software de interfaz de usuario de Xstrahl Concerto 2.x., debido a que si hay guardado un plan de tratamiento con dos haces y se edita antes de su aprobación, el Haz 2 no se actualiza con los parámetros modificados al seleccionar la opción de guardar, lo que podría dar lugar a posibles errores de tratamiento.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 23/05/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 9 8 T 7 2 7 C 2 3 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89