MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-288	PS/JMP/67870
PRODUCTO EXHALYZER D modelo M3024 con opción M3024-12 (N2-MBW)	
FINALIDAD PREVISTA Pruebas de función pulmonar	
VERSIÓN DE SOFTWARE Spiroware 3.3.0 y anteriores	
FABRICANTE ECO PHYSICS AG, Suiza	
DISTRIBUIDOR Sanro Electromedicina. Carretera de Húmera, 10, 28224, Pozuelo de Alarcón, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad y actualización del software del Exhalyzer D, modelo M3024 con opción M3024-12, debido a un problema de sensibilidad cruzada de los sensores de O2 y CO2, que podría conducir a una interpretación errónea de los resultados.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 25/05/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Y 8 Y 8 2 D J 7 D 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89