MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-289	PS/TS/68634
PRODUCTO Ingenia Ambition X, código de producto 781356	
FINALIDAD PREVISTA Sistema de resonancia magnética	
Nº SERIE AFECTADO EN ESPAÑA 47012	
FABRICANTE Philips Medical Systems Nederland B.V., Holanda	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica, S.A.U. C/María de Portugal, 1. C.P. 28050 Madrid	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con determinados sistemas de resonancia Ingenia Ambition X, debido a un problema mecánico en la superficie de los bloques de elevación de la parte superior del imán, lo que podría crear una situación de peligro si el imán fuera levantado con una grúa, durante las actividades de desmontaje o traslado.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 25/05/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: S K V N R 9 V 3 7 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89