MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-293	PS/CGG/68635
PRODUCTO Cánula intravenosa BD Venflon Pro™ Ver números de catálogo afectados en el apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa	
Nº LOTE Ver números de lote afectados en el apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE Becton Dickinson Infusion Therapy AB, Suecia	
DISTRIBUIDOR Becton Dickinson, S.A., Camino de Valdeoliva, 28750 San Agustín del Guadalix, Madrid	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados números de catálogo y números de lote de las cánulas intravenosas BD Venflon Pro™, debido a la posibilidad de que se produzcan fugas desde el puerto de inyección de la cánula cuando se esteriliza con EtO.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 28/05/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: K 8 R G X 2 V C B 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89