DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-297	PS/PRV/68662

PRODUCTO
Sistema de stent venoso Venovo™
Ver referencias y números de lote afectados en el apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Tratamiento de la estenosis y de las oclusiones en las venas ilíaca y femoral.

FABRICANTE
Angiomed GmbH & Co. Medizintechnik KG, Alemania

DISTRIBUIDOR
Canary Spine S.L., C/ Virgen del Pilar, 32, 35012 Las Palmas de Gran Canaria

ASUNTO
Cese de utilización y retirada del mercado de todos los lotes del sistema de stent venoso Venovo™, debido a la posibilidad de que el extremo proximal del stent no se expanda inmediatamente después del despliegue.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 28/05/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: E 4 S 6 5 6 L F B B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89