MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-306	PS/MJF/68831

PRODUCTO

Analizador de sedimento de orina Atellica® UAS 800, número de material de Siemens (SMN) 11065004, conectado al Sistema de análisis de orina automatizado Atellica® 1500.

FINALIDAD PREVISTA

El analizador Atellica® UAS 800 es un sistema automático para el análisis de sedimentos de orina conectado al sistema de análisis de orina Atellica® 1500 automatizado.

VERSION SOFTWARE

Hasta la versión v4.0.310, incluida.

FABRICANTE

Siemens Healthcare Diagnostics Inc, EEUU

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare S. L. U., Avda. Leonardo da Vinci, 15. 28906 Getafe. Madrid

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con determinadas versiones del analizador Atellica UAS 800 conectado al sistema de análisis de orina Atellica 1500, debido a la posibilidad, en determinadas circunstancias, de envío incorrecto de resultados al Sistema de Información de Laboratorio (LIS), lo que puede causar un retraso en el reconocimiento y tratamiento de diversas enfermedades.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 01/06/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: L 8 C Y 3 P 9 F 6 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89