MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-310	PS/MJF/68723

PRODUCTO

- Destornillador SCS 046.401 para llave de carraca, corto, largo 21 mm
- Destornillador SCS 046.402 para llave de carraca, largo, largo 27 mm

FINALIDAD PREVISTA

El Destornillador SCS para llave de carraca se utiliza para apretar las restauraciones en implantes/pilares con la llave de carraca. La punta proporciona retención a la parte de apriete y asegura la protección contra la aspiración.

Nº LOTE

EHG85 y FAP78

FABRICANTE

Institut Straumann AG, Switzerland

DISTRIBUIDOR

Manohay Dental S.A.U; Calle Anabel Segura 16, planta Baja. 28108 Alcobendas, Madrid

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias y nºs de lote del destornillador SCS para llave de carraca, debido a que la punta del destornillador no tiene la configuración/perfil correcto para ajustarse correctamente a la cabeza del tornillo opuesto y enganchar los tornillos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 01/06/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: J G X 9 P 8 K 0 F B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89